

CELSIUS 47

MSA 19.754



L'outil Horloger...

HOROTEC SA

Av. Léopold-Robert 105b
Case Postale 837
2301 La Chaux-de-Fonds
SWITZERLAND
www.horotec.ch



Marché Suisse
T. +41 32 925 95 95
F. +41 32 925 95 96
swiss@horotec.ch



Export Markets
T. +41 32 911 21 21
F. +41 32 911 21 22
export@horotec.ch

CELSIUS 47

MSA 19.754

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 1.14 kg

Dimensions : 115 mm x 115 mm x 57 mm

Voltage : 100-240 V, 1 amp

Températures : Calibrée (fabrique) 47° C

Possibilité de calibrer la température de 27° C à 70° C

Température de fonctionnement atteinte à : 1 minute

Tolérance température : +/- 1° C

Le Celsius 47 de chez Horotec (MSA 19.754) est un appareil qui a pour but de contrôler s'il y a une fuite après le test de pression par eau. La montre est chauffée à une température de 47° C et une goutte d'eau à température ambiante est placée sur le verre. Si la montre a une fuite, de la condensation se formera sur le dessous du verre.

La température précise exigée est obtenue par un système de commande de température propre qui permet une montée en température rapide et un contrôle extrêmement précis de celle-ci. L'alimentation électrique utilisée peut être aussi bien en 110 volts qu'en 220 volts. La température calibrée d'usine est de 47° C et elle peut être changée par l'utilisateur dans une plage entre 27° C et 70° C. 47° C est la température parfaite, non seulement pour tester par la condensation, mais aussi pour sécher des bracelets métalliques ou des boîtes de montres.

Mode d'emploi : Branchez l'alimentation au réseau électrique (110 ou 220 volts). Connecter le câble d'alimentation électrique au dos de l'appareil. Allumez l'appareil de chauffage avec le commutateur situé sur le côté gauche du panneau avant. Le LED rouge s'allumera, indiquant la mise sous tension. Le Celsius 47 est calibré d'usine à une température de 47° C. L'utilisateur peut la changer en insérant le tournevis d'horloger de 2 mm dans le trou de calibrage situé sur le fond du testeur et en faisant tourner le potentiomètre. Si une température trop haute est choisie, le LED rouge se mettra à clignoter et s'éteindra.



L'outil Horloger...

HOROTEC SA

Av. Léopold-Robert 105b

Case Postale 837

2301 La Chaux-de-Fonds

SWITZERLAND

www.horotec.ch



Marché Suisse

T. +41 32 925 95 95

F. +41 32 925 95 96

swiss@horotec.ch



Export Markets

T. +41 32 911 21 21

F. +41 32 911 21 22

export@horotec.ch